



PRA - Pró-reitoria de Administração
Avenida 8 de Junho, 246 Centro Taubaté-SP 12020-200
tel.: (12) 3625-4266/4285 fax: (12) 3632-3500
pra@unitau.br

Taubaté, 16 de março de 2018.

Questionamentos do Pregão 07/18

“Aquisição de equipamento para o observatório do leite”

1) QUESTIONAMENTO:

“O lote 09 – item 01 vocês pedem apenas a Galeria exautora e pergunto:

- Vocês já possuem o bloco digestor , scrubber e destilador de nitrogênio?

- Se sim, qual é a marca que vocês possuem , pois dependendo do qual for o nosso modelo não atenderia?”

RESPOSTA: “O laboratório já possui bloco digestor, scrubber e destilador de nitrogênio, onde o bloco digestor e destilador de nitrogênio são da marca Tecnal e o scrubber é da marca Lucadema (modelo LUCA – 190)..”


Márcia Regina Rosa
Pregoeira